

 **PRZECZYTAJ UWAGNIE I ZACHOWAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ**

Orteza stawu łokciowego z podziałką ruchu, teleskopowa

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Jako producent, firma ORTHOSERVICE AG oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy wyrób medyczny należy do klasy I i został wyprodukowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE 2017/745 (MDR). Instrukcje te zostały sporządzone w zastosowaniu wyżej wymienionego rozporządzenia. Mają one na celu zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wyrobu medycznego.

ZNAKI TOWAROWE MATERIAŁÓW

Velcro® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Velcro Industries B.V.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Zaleca się, aby nacisk wywierany przez produkt nie działał na części ciała, które są zranione, opuchnięte lub obrzęknięte. Wskazane jest, aby nie dociskać nadmiernie produktu, by nie powodować miejscowego nadmiernego ciśnienia lub ucisku łokczy w tym obszarze łokcia i/lub naczyń krwionośnych. Zaleca się noszenie bielizny, unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą. W razie wątpliwości odnośnie sposobu zastosowania, należy skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą lub technikiem ortopedą. Należy uważnie przeczytać skład produktu na wewnętrznej etykiecie. Nie zaleca się noszenia produktu w pobliżu otwartych płomieni lub silnych pól elektromagnetycznych. Nie stosować w kontakcie z otwartymi ranami. Skontaktuj się z technikiem ortopedą w celu wymiany zużytych elementów

OSTRZEŻENIA

Zaleca się, aby produkt, przeznaczony do wymienionych poniżej wskazań, został przepisany przez lekarza lub fizjoterapeutę i dopasowany przez technika ortopedę, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Aby zapewnić skuteczność produktu, tolerancję i prawidłowe działanie, aplikacja musi być przeprowadzona z najwyższą starannością. Nigdy nie należy zmieniać ustawień dokonanych przez lekarza / fizjoterapeutę / technika ortopedę. Odpowiedzialność producenta nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania lub dostosowania. Orteza jest przeznaczona do użytku tylko przez jednego pacjenta, w przeciwnym razie producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, opierając się na przepisach rozporządzenia o wyrobach medycznych. U osób nadwrażliwych, bezpośredni kontakt produktu ze skórą może powodować zaczerwienienie lub podrażnienie. W przypadku pojawienia się bólu, obrzęku, opuchlizny lub jakiegokolwiek innej nietypowej reakcji, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, a w przypadku problemu szczególnej wagi, należy zgłosić ten fakt producentowi i właściwemu organowi w swoim kraju. Skuteczność ortopedyczna produktu jest gwarantowana tylko przy użyciu wszystkich jego elementów.

TABELKA ROZMIARÓW

Kod	REF.24017R - REF.24017L
Rozmiar	uniwersalny
Długość drążka cm	36-46

Kolor: ciemnoszary - Prawy lub lewy

KONSERWACJA

-  Nie chlorować  Nie prać chemicznie
-  Nie prasować  Nie suszyć mechanicznie
-  Instrukcja prania: **Drążki:** myć gąbką nasączoną letnią wodą i neutralnym mydłem; osuszyć szmatką.

Wyściółka: wyjąć wyściółkę i wyprać w letniej wodzie z łagodnym mydłem; pozostawić do wyschnięcia z dala od źródeł ciepła.

Produktu, ani żadnych jego części, nie wolno utylizować w kanalizacji oraz w pojemnikach domowego użytku

WSKAZÓWKI

- Złożone złamanie kości łokciowej, dalszej kości ramiennej, bliższego odcinka kości promieniowej i kości łokciowej
- Unieruchomienie pooperacyjne po naprawach ścięgien i więzadeł
- Przydatne w fazie rehabilitacji po chirurgicznym i zachowawczym leczeniu złamań kości łokciowej
- Dyslokacje podrzędne i zwichnięcia stawu łokciowego
- Przewlekłe urazy łokcia
- Nadmierne rozciągnięcie łokcia
- Leczenie pourazowe

PRZECIWWSKAZANIA

Na chwilę obecną brak znanych przeciwwskazań

CHARAKTERYSTYKA I MATERIAŁY

- Boczny drążek przegubowy wykonany z lekkiego stopu aluminium. Teleskopowa regulacja długości za pomocą prostych przycisków na zaworach.
- Poliamidowy zawór z formowanym aluminium uchwytem ramienia dla idealnego indywidualnego dopasowania.
- Nowy przegub do regulacji zgięcia i wyprostu „Pull&set”, wykonany z materiału polimerowego, lekki; intuicyjna i bezpieczna regulacja:
 - Zgięcie: od -10° do +120° w odstępach co 10°
 - Wyprost: od -10° do +90° w odstępach co 10°
 - Możliwość szybkiego zablokowania przegubu za pomocą specjalnego przycisku, od -10° do +90° w odstępach co 10°
- Paski z regulacją długości
- Dołączone stopery do pasków
- Zgrzewana wyściółka w podójnym MTP, z miękką w kontakcie ze skórą łyrcą
- Pasek na ramię z regulacją długości i wysłanym ochraniaczem na ramię
- W zestawie neoprenowy wsparnik na dłoń

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIERWSZA APLIKACJA

- Otwórz wszystkie paski i zamknij je tymczasowo na sobie.
- Umieść ortezę na kończynie, centrując połączenie przegubowe na stawie łokciowym (rys. A).
- Wyreguluj długość drążka teleskopowego:
 - Naciśnij przycisk i przesun zawór zewnętrzny do żądanej długości (rys. B1).
 - Zwolnij przycisk, wsuwając go w odpowiedni otwór w metalowej części (rys. B2).
 - Możliwe jest również przesunięcie zaworu wewnętrznego (w dwóch pozycjach) poprzez regulację za pomocą śrubokręta (rys. B3).
- Wyreguluj długość teleskopowego drążka przedramienia:
 - Naciśnij przycisk i zsuń zawór zewnętrzny do żądanej długości (rys. C1).
 - Zwolnij przycisk, wsuwając go do odpowiedniego otworu w metalowej części (rys. C2).
 - Możliwe jest również przesunięcie zaworu wewnętrznego (w dwóch pozycjach) poprzez regulację za pomocą śrubokręta (rys. C3).
- Uformuj ręcznie aluminium uchwyty ramienia zgodnie z obwodem kończyny (rys. D).
- Przymocuj ortezę do ramienia (rys. E), przekładając paski przez odpowiednie pętle i zapinając je na rzep Velcro® (najpierw dystalną, a następnie proksymalną). W razie potrzeby skróć paski, odcinając ich nadmiar i ponownie zakładając końcówkę Y Velcro®.
- Przymocuj ortezę do przedramienia (rys. F), przekładając taśmę przez odpowiednie pętle i zapinając je na rzepy (najpierw pętlę proksymalną, a następnie dystalną). W razie potrzeby skróć paski, odcinając ich nadmiar i ponownie mocując końcówkę rzepu w kształcie litery Y.
- W razie potrzeby można zastosować dostarczone uchwyty pasków, aby poprawić ich samodzielne ustawienie: nasuń je na aluminium uchwyty ramienia (rys. G1) i przypnij rzepami do wyściółki (rys. G2).
- Upewnij się, aby przegub był zawsze wysrodkowany na stawie łokciowym.
- Wyreguluj odchylenie (rys. H1):
 - Pociągnij suwak odchylenia na zewnątrz
 - Obróć go, aż środkowe wycięcie na suwaku pokryje się z żądanym stopniem odchylenia.
 - Zwolnij suwak, zaczepiając zęby w szczelinie.
- Wyreguluj przedłużenie (rys. H2):
 - Pociągnij suwak przedłużający na zewnątrz
 - Obróć go, aż środkowe wycięcie na suwaku pokryje się z żądanym stopniem wysunięcia.
 - Zwolnij suwak, powodując zaskoczenie ząbków w odpowiedniej szczelinie.
- Aby zablokować złącze (rys. H3):
 - Obróć pręt, aż przycisk blokady zbiegnie się z żądanym stopniem zgięcia/wyprostu (pomarańczowa skala z podziałką).
 - Zatrzaśnij przycisk blokujący na miejscu, powodując zatrzaśnięcie się ząbków w przeznaczonym do tego otworze.
- W razie potrzeby można przymocować dostarczony pasek na ramię z ochraniaczem:
 - Umieść pierścień w pasku na nadgarstek (rys. I1).
 - Przełóż pasek naramienny przez ipsilateralne ramię (rys. I2), poprowadź go za plecami, pod przeciwległą pachą i ponownie przymocuj do tego samego pierścienia za pomocą zatrzaśka (rys. I3).

APLIKACJA WSPORNIKA PODPARCIA DŁONI

- Włóż dostarczone gniazda w otwory w podpórcie (rys. L1).
- Umieść wspornik dłoni na pierwszej zastawce przedramienia, tak aby tuleje pasowały do odpowiednich gniazd (rys. L2).
- Włóż śruby do tulei i dokręć je całkowicie (rys. L3).

Aby ułatwić mycie unieruchomionej kończyny bez zdejmowania ortozy, zaleca się:

- Wskazówki dla pacjenta
- 1 Otwórz górną część (paski i wyściółkę) i umyj ramię
- 2 Zamknij górną część
- 3 Otwórz dolną część (paski i wyściółkę) i umyj przedramię.
- 4 Zamknij dolną część
- 5 Zaciśnij paski, aby zapobiec pionowej migracji ortozy.

Do mycia kończyny zaleca się użycie żłiwzonej gąbki.

 **ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ**

Ортез для локтевого сустава (телескопический, градуированный)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Производитель в лице компании ORTHOSERVICE AG заявляет о своей исключительной ответственности, что это медицинское изделие класса I, и изготовлено в соответствии с требованиями Регламента ЕС 2017/745 (EU MDR). Эти инструкции были подготовлены в соответствии с основополагающими принципами, упомянутыми выше. Они предназначены для обеспечения надлежащего и безопасного использования медицинского изделия.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ МАТЕРИАЛОВ

Velcro® - это зарегистрированная торговая марка компании Velcro Industries B.V.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Напряжение, создаваемое изделием не должно сдавливать поврежденные участки кожи или опухли. Не рекомендуется слишком перетягивать изделие во избежание нежелательного давления на нервные и кровеносные сосуды. Рекомендуется надевать изделие на чистую кожу, избегая прямого контакта с кожей. В случае возникновения сомнений в применении изделия обратиться к врачу, физиотерапевту, технику-ортопеду. Ознакомиться внимательно с составом изделия, который указан на внутренней этикетке. Не рекомендуется одевать изделие вблизи открытого огня или сильных электромагнитных источников. Не применять при прямом контакте с открытыми ранами. Обратитесь к ортопедической специальности для замены изношенных деталей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Это медицинское приспособление должно быть выписано врачом или физиотерапевтом и наложено техником-ортопедом в соответствии с индивидуальными потребностями пациента. Правильное применение изделия необходимо для обеспечения его эффективности. Все изменения конструкции должны быть назначены врачом/физиотерапевтом/техником-ортопедом. Производитель не несет ответственности в случае ненадлежащего использования изделия. Рекомендуется использовать только для одного пациента, в противном случае производитель снимает с себя всюкую ответственность, основываясь на требованиях к медицинским изделиям. У гиперчувствительных пациентов при непосредственном контакте с кожей могут появиться покраснение или раздражение. В случае возникновения болевых ощущений, отеков, припухлостей немедленно обратитесь к своему лечащему врачу, и при наличии серьезных последствий проинформировать производителя и компетентные органы в соответствующей стране. Эффективность медицинского изделия будет обеспечена только в случае использования всех его компонентов.

ВЫБОР / РАЗМЕРЫ

Арт.	REF.24017R - REF.24017L
Размер	Универсальный
Длина шарнира см	36-46

Цвет: темно-серый - Левый/правый

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

-  Не отбеливать  не подвергать химической чистке
-  не гладить  не сушить в сушилке
-  Инструкция по мытью:

Шарнирный стержень: мыть губкой, смоченной в теплой воде с нейтральным мылом.
Подкладки: отсоединить подкладки и постирать в теплой воде с нейтральным мылом; сушить вдали от источников тепла.

Не выбрасывать изделие и его компоненты в окружающую среду.

ПОКАЗАНИЯ

- Переломы локтя, дистальной плечевой кости, лучевой кости и проксимальной лучевой кости
- Послеоперационная иммобилизация с последующим восстановлением сухожилий и связок
- В период восстановления после хирургического вмешательства и консервативного лечения при переломе локтевого сустава
- Вывих и подвывих локтевого сустава
- Хронические травмы локтевого сустава
- Гиперэкстензия локтевого сустава
- Посттравматическое восстановление

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

На данный момент не известно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И МАТЕРИАЛЫ

- Латеральный шарнирный стержень из легкого сплава алюминия. Телескопическая регулировка длины с помощью простых кнопок на клапанах.
- Клапан выполнен из полиамида с моделируемым алюминиевым захватом для наилучшего индивидуального прилегания.
- Новый шарнир "Pull&set" с возможностью регулировки флексии-экстензии, из полимерного материала, легкий, надежная и удобная фиксация:
 - Флексия: от -10° до +120° с шагом 10°
 - Экстензия: от -10° до +90° с шагом 10°
 - Возможность быстрой блокировки сустава с помощью специальной кнопки от -10° до +90° с шагом 10°
- Ремешки с возможностью регулировки длины
- Держатели для ремней идут в комплекте
- Подкладка из двухслойного термоформованного материала MTP с мягкой лайкрой, контактирующей с кожей
- Плечевой ремень с регулируемой длиной и с мягкой защитой в области плеча
- Поддержка для руки в комплекте

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Расстегните все ремешки и закрепите временно на самих себе.
- Приложите ортез к руке так, чтобы шарнир был по центру локтевого сустава (рис. A)
- Отрегулируйте длину телескопического стержня в области плеча.
 - Нажмите на кнопку и двигайте внешний клапан до нужной длины (рис. B1)
 - Отпустите кнопку так, чтобы она вошла в соответствующее отверстие на металлической части (рис. B2)
 - Внутренний клапан также можно сместить (на два положения) с помощью отвертки (рис. B3)
- Отрегулируйте длину телескопического стержня в области предплечья.
 - Нажмите на кнопку и сдвиньте внешний клапан на нужную длину (рис. C1)
 - Отпустите кнопку так, чтобы она вошла в соответствующее отверстие на металлической части (рис. C2)
 - Внутренний клапан также можно сместить (на два положения) с помощью отвертки (рис. C3)
- В зависимости от окружности конечности отрегулируйте алюминиевые захваты (рис. D)
- Закфиксируйте ортез на руке (рис. E) пропустив ремешки через соответствующие петли и закрепите на лопучках Velcro® (сначала дистальный, затем проксимальный). При необходимости укоротите ремешки отрезав лишнюю часть и затем закрепите на концах Y – образные липучки.
- Закфиксируйте ортез в области предплечья (рис. F) пропустив ремешки через соответствующие петли и застегните липучки Velcro® (сначала проксимальный, затем дистальный). При необходимости укоротите ремешки отрезав лишнюю часть и затем закрепите на концах Y – образные липучки.
- При необходимости используйте дополнительный фиксатор-ремешок (идет в комплекте) для более устойчивой фиксации имеющихся ремней: проведите через алюминиевые захваты (рис. G1) и закрепите липучками на подкладке (рис. G2).
- Убедитесь, что шарнир размещен по центру локтевого сустава
- Отрегулируйте флексию (рис. H1):
 - Потяните ползунок для флексии наружу
 - Поворачивайте его до тех пор пока центральная выемка на ползунке не совпадет с желаемой флексией.
 - Отпустите ползунок оставив зубья в соответствующее отверстие
- Отрегулируйте экстензию (рис. H2):
 - Потяните ползунок наружу для экстензии
 - Поворачивайте его до тех пор пока центральная выемка на ползунке не совпадет с желаемой экстензией.
 - Отпустите ползунок вставив зубья в соответствующее отверстие
- Блокировка шарнира (рис. H3):
 - Поворачивайте стержень до тех пор пока курсор блокировки не достигнет желаемой флексии-экстензии (специальная оранжевая градуированная шкала)
 - Вставьте зубья в соответствующее отверстие защелкните кнопку блокировки
- При необходимости используйте плечевой ремень для поддержки руки, который идет в комплекте.
 - Проведите через петлю ремешок на запястье (рис. I1)
 - Наденьте плечевой ремень на здоровое плечо (рис. I2) проведя заду через подмышку и прикрепите к той же петле с помощью защелкивающейся пряжки (рис. I3).

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РУКИ



- Ставьте прилагаемые розетки в пазы на подставке для рук (рис. L1).
- Приложите поддержку для руки к первому клапану в области предплечья так, чтобы втулки вошли в соответствующие отверстия. (рис. L2).
- Вставьте винты в клапаны и закрутите до упора (рис. L3).

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Для удобства мытья иммобилизованного сустава не снимая ортез рекомендуется:

- 1 Открыть верхнюю часть (ремни и подкладку)
- 2 Застегнуть обратно верхнюю часть
- 3 Открыть нижнюю часть (ремни и подкладку)
- 4 Застегнуть обратно нижнюю часть
- 5 Затянуть ремни во избежание вертикального смещения ортеза

Рекомендуется использовать смоченную губку для мытья сустава.



REF.24017R - REF.24017L

Telescopic elbow brace with graduated movement



- DE – Die Beschreibungen und Bilder in diesem Dokument dienen beispielsweise nur zur kommerziellen Zwecke. Orthoservice behält sich das Recht vor, diese entsprechend seinen Anforderungen zu ändern.
- EN – The descriptions and images in this document are for example and commercial purposes only. Orthoservice reserves the right to modify them according to its needs.
- FR – Les descriptions et les images de ce document sont à titre d'exemple uniquement et à des fins commerciales. Orthoservice se réserve le droit de les modifier en fonction de ses besoins.
- RU – Описание и изображения, представленные в этом документе имеют примерный и коммерческий характер. Компания Orthoservice оставляет за собой право вносить изменения при необходимости.
- PL – Opisy i obrazy w tym dokumencie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i handlowych. Firma Orthoservice zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji zgodnie z ich potrzebami.
- IT – Le descrizioni e le immagini presenti in questo documento sono a mero scopo esemplificativo e commerciale. Azienda Orthoservice si riserva il diritto di modificarle in base alle proprie necessità.



Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

OSUK Ltd
Units 47&50 North East BIC
Wearfield
Sunderland Enterprise Park East
Sunderland SR5 2TA
Tel +44 (0) 191 51 66 220
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 0362 18 51 200 · Fax 0039 0362 18 58 065
info@roplusten.com · www.roplusten.com

elbo PRO



ORTHOSERVICE RO+TEN
Take care feel better



   BITTE DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN

Ellenbogen-Orthese zur Mobilisierung in einstellbaren Bewegungsumfängen mit Handteiler zur Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die ORTHOSERVICE AG erklärt, in seiner Funktion als Hersteller, in alleiniger Verantwortung, dass dieses vorliegende Medizinprodukt der Klasse I angehört und gemäß den Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) hergestellt wurde. Die vorliegende Anleitung wurde unter Anwendung der vorgenannten Verordnung erstellt. Sie dient dazu, den ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Medizinprodukts zu gewährleisten.

WARENMARKEN DER MATERIALIEN

Velcro® ist eine eingetragene Warenmarke von Velcro Industries B.V.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

Es wird empfohlen, dass der vom Produkt ausgeübte Druck nicht auf die Teile des Körpers einwirkt, die Verletzungen, Schwellungen oder Tumescenzen aufweisen. Es ist ratsam, das Produkt nicht zu fest anzuziehen, um keine übermäßigen, lokalen Druckstellen zu erzeugen und keine Kompression der darunterliegenden Nerven und/oder Blutgefäße auszulösen. Es ist ratsam, ein Kleidungsstück zu tragen, das den direkten Kontakt mit der Haut vermeidet. Bei Bedenken zur Anwendung des Produkts bitte an einen Arzt, Physiotherapeuten oder Orthopädietechniker wenden. Bitte sorgfältig das Innehalten mit der Material-Zusammensetzung des Produkts lesen. Es ist ratsam, das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder starken elektromagnetischen Feldern zu tragen. Nicht bei direktem Kontakt mit offenen Wunden aufragen. Wenden Sie sich für den Austausch verschlissener Komponenten an einen Orthopädietechniker.

ANWENDUNGSHINWEISE

Es ist ratsam, dass das Produkt, das für die unten aufgeführten spezifischen Indikationen bestimmt ist, von einem Arzt oder Physiotherapeuten verschrieben und von einem Orthopädietechniker entsprechend den individuellen Bedürfnissen angepasst wird. Um die Wirksamkeit, Verträglichkeit und korrekte Funktionalität zu gewährleisten, muss die Applikation mit größter Sorgfalt durchgeführt werden. Keinesfalls darf die vom Arzt/Physiotherapeuten/Orthopädietechniker vorgenommene Einstellung verändert werden. Bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung oder Einstellung erlischt die Haftung des Herstellers. Die Orthese ist nur für den Gebrauch durch einen einzigen Patienten bestimmt, andernfalls übernimmt der Hersteller keine Haftung gemäß der Verordnung für Medizinprodukte. Bei überempfindlichen Personen kann es bei direktem Hautkontakt zu Rötungen oder Reizungen kommen. Bei Auftreten von Schmerzen, Schwellungen, Tumescenzen oder anderen anormalen Reaktionen bitte sofort an den eigenen Arzt wenden und, in besonders schwerwiegenden Fällen, die Tatsache dem Hersteller und der zuständige Behörde in eigenen Land melden. Die orthopädische Wirksamkeit des Produktes ist nur dann gewährleistet, wenn alle seine Komponenten verwendet werden.

AUSWAHL/GRÖSSEN

Artikelnummer	REF.24017R - REF.24017L
Größen	Universell
Länge der Schiene cm	36-46

Farbe: Dunkelgrau · Rechts oder links angeben

PFLEGE

-  Nicht bleichen
-  Nicht bügeln
-  Waschanweisung: **Schienen:** mit einem in lukewarmem Wasser getränkten Schwamm und milder Seife waschen; mit einem Tuch abtrocknen. **Polster:** abnehmen und in lukewarmem Wasser mit milder Seife waschen; fern von Wärmequellen trocknen lassen. Das Produkt und seine Bestandteile nach dem Gebrauch sachgerecht entsorgen.

ZWECKBESTIMMUNG

Die Ellenbogenorthese der Elbo Pro ist eine Orthese zur Mobilisierung mit einstellbarer Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks. Anwendungsbereich: Ellenbogen.

INDIKATIONEN

- Mobilisierung nach operativen Eingriffen und Traumen mit Beteiligung des Radius-Ulnar-Gelenks
- Postoperative Ruhigstellung nach Eingriffen an Sehnen und Bändern
- Für die Anwendung in der Rehabilitationsphase nach konservativer und chirurgischer Behandlung von Frakturen des Ellenbogens
- Subluxationen und Luxationen des Ellenbogens
- Chronische Verletzungen des Ellenbogens
- Posttraumatische Behandlung

KONTRAINDIKATIONEN

Zur Zeit keine bekannt

EIGENSCHAFTEN

- Settliche Schienen aus leichtem Aluminium. Längenverstellung über einfache Druckknöpfe möglich
- Halterung aus Polyamid mit modifizierbarer Manschette aus Aluminium zum Aufnehmen des Arms für eine perfekte individuelle Anpassung.
- Neues, leichtes „Pull&Set“-Gelenk zum Regulieren der Flexion/Extension, aus leichtem Polymermaterial; intuitiv und sicher einstellbar:
- Flexion: von -10° bis +120° in 10°-Schritten
- Extension: von -10° bis +90° in 10°-Schritten
- Möglichkeit des schnellen Verriegelns des Gelenks mit speziellem Knopf, von -10° bis +90° in 10°-Schritten
- Alles komplett ohne zusätzliches Werkzeug
- Längenverstellbare Gurte
- Gurtführungen im Lieferumfang enthalten
- Thermoversiegelte Polsterung aus MTP, doppelt kaschiert mit weichem Lycra, dort, wo Hautkontakt entsteht
- In der Länge verstellbarer Schultergurt, mit gepolsterten Schulterpads

ANWENDUNG ERSTE ANWENDUNG

- Alle Gurte öffnen und vorläufig auf sich selbst kletten.
- Die Orthese an der Gliedmaße anlegen, dabei das Gelenk der Orthese mittig über das Ellenbogengelenk setzen (Abb. A)
- Justieren der Länge der Teleskopschiene für den Oberarm:
 - Den Knopf drücken und die äußere Halterung auf die gewünschte Länge schieben (Abb. B1)
 - Den Knopf loslassen und ihn dabei in das entsprechende Loch am Metallteil einrasten lassen (Abb. B2).
 - Es ist auch möglich, die innere Halterung zu verschieben (zwei Positionen), indem man sie mit der Spitze eines Schraubenziehers auslöst und neu einrasten lässt (Abb. B3)
- Justieren der Länge der Teleskopschiene für den Unterarm:
 - Den Knopf drücken und die äußere Halterung auf die gewünschte Länge schieben (Abb. C1)
 - Den Knopf loslassen und ihn dabei in das entsprechende Loch am Metallteil einrasten lassen (Abb. C2).
 - Es ist auch möglich, die innere Halterung zu verschieben (zwei Positionen), indem man sie mit der Spitze eines Schraubenziehers auslöst und neu einrasten lässt (Abb. C3)
- Die Manschetten aus Aluminium zum Aufnehmen des Arms entsprechend dem Umfang der Gliedmaße von Hand formen (Abb. D)
- Die Orthese zuerst am Oberarm befestigen (Abb. E), indem man die Gurte durch die entsprechenden Schlitze führt und sie mit dem Klettverschluss befestigt (zuerst das distale, dann das proximale). Falls erforderlich, die Gurte kürzen, indem man den Überschuss abschneidet und das Ende in Y-Form wieder anbringt.
- Die Orthese nun am Unterarm befestigen (Abb. F), indem man die Gurte durch die entsprechenden Schlitze führt und sie mit dem Klettverschluss befestigt (zuerst die Proximale, dann die Distale). Falls erforderlich, die Gurte kürzen, indem man den Überschuss abschneidet und das Ende des Y-Kletts wieder anbringt.
- Bei Bedarf ist es möglich, die mitgelieferten speziellen Gurtführungen zu verwenden, um die Positionierung der Gurte zu optimieren; dazu muss über die Manschetten aus Aluminium stützen (Abb. G1) und sie mit dem Klettverschluss an der Polsterung befestigen (Abb. G2).
- Sicherstellen, dass das Gelenk weiterhin mittig auf dem Ellenbogengelenk ausgerichtet ist.
- Die Flexion anpassen (Abb. H1):
 - Den Flexions-Schieber nach außen ziehen.
 - So weit drehen, bis die auf dem Schieber eingravierte Kerbe mit dem gewünschten Grad der Flexion übereinstimmt.
 - Den Schieberregler loslassen und dabei die Zähne an der entsprechenden Stelle einrasten lassen
- Die Extension anpassen (Abb. H2):
 - Den Extensions-Schieber nach außen ziehen.
 - So weit drehen, bis die auf dem Schieber eingravierte Kerbe mit dem gewünschten Grad der Extension übereinstimmt.
 - Den Schieberregler loslassen und dabei die Zähne an der entsprechenden Stelle einrasten lassen
- Den Verriegeln des Gelenks (Abb. H3):
 - Die Schiene drehen, bis der Verriegelungsknopf mit dem gewünschten Grad der Flexion/Extension übereinstimmt (orangefarbene Skala).
 - Den Knopf zum Anretieren schieben, so dass die Zähne an der entsprechenden Stelle einrasten
- Bei Bedarf besteht, den passenden Schultergurt mit dem mitgelieferten Schulterpad anzubringen:
 - Den Gurt durch den Ring am Handgelenk ziehen (Abb. I1).
 - Den Schultergurt über die ipsilaterale Schulter führen (Abb. I2), dann über den Rücken bis unter die kontralaterale Achselhöhle bringen und mit der Steckschnalle wieder am selben Ring befestigen (Abb. I3).

ANBRINGEN DES NEUTRALEN HANDTEILS

- Die Handauflage auf die erste Manschette des Unterarms aufsetzen, um die Buchsen in die entsprechenden Stellen einzupassen (Abb. L2)
- Die Schrauben in die Buchsen eindrehen und fest anziehen (Abb. L3).

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN PATIENTEN

- Um die ruhiggestellte Gliedmaße leichter waschen zu können, ohne die Schiene abzunehmen, wird empfohlen:
- Den oberen Teil (Gurte und Polster) öffnen und den Oberarm waschen
 - Den oberen Teil wieder schließen
 - Den unteren Teil (Gurte und Polster) öffnen und den Unterarm waschen
 - Den unteren Teil wieder schließen
 - Gurte festziehen, um ein vertikales Verrutschen der Orthese zu vermeiden
- Zum Waschen der Gliedmaße empfehlen wir einen angefeuchteten Schwamm.

 PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM

Telescopic elbow brace with graduated movement

DECLARATION OF CONFORMITY

As the manufacturer, ORTHOSERVICE AG declares, under its sole responsibility, that this is a class I medical device that has been manufactured and assessed, according to the EU Regulation 2017/745 (MDR). These instructions have been drawn up in application of the aforementioned Regulation. They are intended to ensure an adequate and safe use of the medical device.

TRADEMARKS OF MATERIALS

Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

SAFETY PRECAUTIONS

We recommend that the pressure exerted by the device does not act on parts of the body with wounds, swelling, or welts. It is advisable to not over tighten the device so as to avoid generating areas of excessive local pressure or the compression of underlying nerves and/or blood vessels. Furthermore, we recommend wearing a garment to avoid direct contact with the skin. If in doubt on how to apply the device, contact a doctor, physiotherapist, or an orthopedic technician. Read the product composition on the internal label carefully. We recommend to not wear the device in the proximity of free flames or strong electromagnetic fields. Do not apply in direct contact with open wounds. Contact an orthopaedic technician for the replacement of used parts.

WARNINGS

It is advisable that the device, designed for the specific indications as set out below, be prescribed by a doctor or a physiotherapist and applied by an orthopedic technician, according to the specific needs of the patient. To ensure effectiveness, tolerability, and proper functioning, the application must be carried out with the utmost care. Never alter the adjustment made by the doctor/physiotherapist/ or orthopedic technician. The responsibilities of the manufacturer shall lapse in case of inappropriate use or adaptation. The orthosis is made and to be used by only one patient. Should the orthosis be inappropriately used, the manufacturer declines all responsibility, as provided by the regulation for medical devices. In hypersensitive individuals, direct contact with the skin may cause redness and irritation. In case of pain, swelling, welts, or any other adverse reaction, contact your doctor immediately, and in case of a particularly severe adverse event, report the incident to the manufacturer and the competent authority of your country. The effectiveness of the orthopedic product is only guaranteed when all the components are properly in use.

SELECTION/SIZE

Code	REF.24017R - REF.24017L
Size	universal
Length of the hinges cm	36-46

Colour: dark gray · Right or left

MAINTENANCE

-  Do not bleach
 -  Do not iron
 -  Washing instructions: **Hinges:** wash with a sponge soaked in lukewarm water and neutral soap; dry with a cloth
 - Padding:** remove the padding and wash in lukewarm water with mild soap/leave to dry away from heat sources.
- Do not dispose of the product or any of its components into the environment.

INDICATIONS

- Compound fractures of elbow, distal humerus, proximal radius and ulna
- Post-operative immobilisation following tendon and ligament repairs
- Useful in the rehabilitation phase following surgical and conservative treatment of elbow fractures
- Elbow subluxations and dislocations
- Chronic elbow injuries
- Elbow hyperextension
- Post-traumatic treatment

CONTRAINDICATIONS

Currently no known

CHARACTERISTICS AND MATERIALS

- Lateral articulated hinge made of a light aluminium alloy. Telescopic length adjustment via easy-to-use buttons on the valves.
- Polyamide valve with mouldable aluminium arm grip for perfect individual fit.
- New „Pull&Set“ flexion-extension adjustment joint, made of a polymer lightweight material for an intuitive and safe regulation:
- Flexion: from -10° to +120° with intervals of 10°
- Extension: -10° to +90° with intervals of 10°
- fast lock joint with a specific button, from -10° to +90° with intervals of 10°
- Length-adjustable straps
- Strap clips supplied
- Heat-sealed padding made of bi-coupled MTP, with soft lycra in contact with the skin
- Length-adjustable shoulder strap, with padded shoulder protector
- Neutral hand support included

APPLICATION FIRST APPLICATION

- Open all straps and close them provisionally on themselves.
- Place the brace on the limb by centering the joint on the elbow joint (fig. A)
- Regulate the length of the telescopic hinges of the arm:
 - Press the button and slide the external valve to the desired length (fig.B1)
 - Release the button by inserting it in the corresponding hole on the metal part (fig.B2)
 - You can move the internal valve (by two positions) making it click with the aid of a screwdriver (fig.B3)
- Regulate the length of the telescopic hinge of the forearm:
 - Press the button and slide the external valve to the desired length (fig.C1)
 - Release the button by inserting it in the corresponding hole on the metal part (fig.C2)
 - You can move the internal valve (by two positions) making it click with the aid of a screwdriver (fig.C3)
- Shape the aluminium arm sockets by hand according to the circumference of the limb (fig. D).
- Fasten the brace to the arm (fig. E) by passing the straps through the appropriate loops and fastening them with Velcro® (first the distal one, then the proximal one). If necessary, shorten the straps by cutting off the excess and reapplying the Y shaped Velcro® tip.
- Attach the brace to the forearm (fig. F) by passing the straps through the strap loops and fastening them with Velcro® (first the distal one, then the proximal one). If necessary, shorten the straps by cutting off the excess and reapplying the Y shaped Velcro® tip.
- If necessary, the supplied strap fasteners can be applied to improve the self-positioning of the straps themselves: slip them over the aluminium arm sockets (fig.G1) and Velcro® them to the padding (fig.G2).
- Make sure the joint is always centered on the elbow joint
- Regulate flexion (fig.H1):
 - Pull the deflection slider outwards
 - Rotate it until the central notch on the slider coincides with the desired degree of deflection
 - Release the slider, engaging the teeth in the slot
- Regulate extension (fig.H2):
 - Pull the extension slider outwards
 - Rotate it until the central notch on the slider coincides with the desired degree of extension
 - Release the slider, engaging the teeth in the slot
- To block joint (fig.H3):
 - Rotate the hinge until the fast lock button doesn't coincide with the desired degree of flexion-extension (graduated orange scale)
- Snap lock the button making the teeth engage in the appropriate slot
- If necessary, the supplied shoulder strap with shoulder protector can be attached:
 - Insert the loop in the wrist strap (fig.I1).
 - Carry the shoulder strap over the ipsilateral shoulder (Fig.I2), pass it behind the back, under the contralateral armpit and re-attach it to the same ring by means of the snap fastener (fig.I3).

NEUTRAL HAND SUPPORT APPLICATION

- Insert the supplied sockets into the slots on the hand support (fig. L1)
- Place the hand support on the first forearm valve to fit sleeves in the corresponding holes (fig.L2)
- Insert the screws in the sleeves and tighten all the way (fig.L3)

PATIENT ADVICE

- To easily wash the immobilized limb without removing the brace we advise you:
- To open the upper part (straps and padding) and wash the arm
 - Close the upper part
 - Open lower part (straps and padding) and wash the forearm
 - Close the lower part. Tighten straps to avoid the brace from moving upwards
- To wash the limb we suggest using a moistened sponge

 LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER

Orthèse de coude à mouvement gradué, télescopique

DECLARATION DE CONFORMITÉ

En qualité de fabricant, ORTHOSERVICE AG déclare sous sa responsabilité exclusive que ce produit est un dispositif médical de Classe I et qu'il a été réalisé conformément aux conditions requises par le Règlement UE 2017/745 (MDR). Ces instructions ont été rédigées en accord avec ledit règlement et ont pour but de garantir l'utilisation correcte et sûre du dispositif médical.

MARQUES COMMERCIALES DES MATÉRIAUX

Velcro® est une marque enregistrée de Velcro Industries B.V

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Veiller à ce que la pression exercée par le dispositif n'agisse pas sur les parties du corps présentant des lésions, enflures ou tumefactions. Il est conseillé de ne pas trop serrer le produit, afin de ne générer aucune zone de pression locale excessive et d'éviter la compression des nerfs et/ou des vaisseaux sanguins. Il est préférable de porter l'orthèse sur un vêtement, en évitant le contact direct avec la peau. En cas de doute sur les modes d'application, contacter un médecin, un kinésithérapeute ou un technicien orthopédiste. Lire attentivement la composition du produit sur l'étiquette située à l'intérieur. Il est recommandé de ne pas porter le dispositif à proximité de flammes nues ou de champs électromagnétiques puissants. Ne pas appliquer en contact direct avec des plaies ouvertes. S'adresser à un technicien orthopédiste pour le remplacement des parties usées.

AVERTISSEMENTS

Le produit étant spécifiquement conçu pour les indications reportées ci-dessous, il est conseillé de l'utiliser sur prescription d'un médecin ou d'un kinésithérapeute et de le faire appliquer par un technicien orthopédiste, conformément aux exigences individuelles. Afin de garantir son efficacité, sa capacité à être toléré et son bon fonctionnement, le produit doit absolument être appliqué avec le plus grand soin. Ne modifier en aucun cas le réglage effectué par le médecin/kinésithérapeute/technicien orthopédiste. En cas d'utilisation ou d'adaptation inappropriée, le fabricant ne sera pas tenu responsable. L'utilisation de l'orthèse est prévue pour un seul patient à la fois; dans le cas contraire, le fabricant décline toute responsabilité, conformément aux dispositions du règlement relatif aux dispositifs médicaux. Pour les sujets hypersensibles, le contact direct avec la peau pourrait causer des rougeurs ou des irritations. En cas d'apparition de douleurs, enflures, tumefactions ou en cas de toute autre réaction anormale, s'adresser immédiatement à son médecin et, en cas de problème particulièrement grave, signaler le fait au fabricant et à l'autorité compétente de son pays. L'efficacité orthopédique du produit n'est garantie que lorsqu'il est utilisé avec tous ses composants.

SÉLECTION/TAILLES

Code	REF.24017R - REF.24017L
Mesure	universelle
Longueur tiges cm	36-46

Couleur: gris foncé · Droite ou gauche

ENTRETIEN

-  Ne pas blanchir
-  Ne pas repasser
-  Instructions de lavage: **Tiges:** laver avec une éponge imbibée d'eau tiède et du savon au pH neutre; sécher avec un chiffon. **Doubleurs:** détacher les doublures, puis les laver à l'eau tiède et avec du savon au pH neutre; laisser sécher loin de toute source de chaleur.

Le produit et ses composants doivent être éliminés en conformité avec les impératifs écologiques

INDICATIONS

- Fractures non déplacées du coude, de l'humérus distal, du radius et du cubitus proximaux
- Immobilisation post-opératoire en attendant des réparations des tendons et ligaments
- Utile en phase de rééducation, suite à un traitement chirurgical conservateur de fracture du coude
- Subluxations et luxations du coude
- Lésions chroniques du coude
- Hyper-extension du coude
- Traitement post-traumatique

CONTRE-INDICATIONS

Aucune connue à ce jour

CARACTÉRISTIQUES ET MATÉRIAUX

- Tige articulée latérale en alliage léger d'aluminium. Réglage télescopique de la longueur par de simples boutons présents sur les valves.
- Valves en polyamide avec prise de bras en aluminium modelable, pour s'adapter parfaitement à chaque individu.
- Nouvelle articulation "Pull&set" de réglage de la flexion-extension, en matériau polymère léger ; réglable de manière intuitive et sûre:
- Flexion: de -10° à +120° avec un pas de 10°
- Extension: de -10° à +90° avec un pas de 10°
- Possibilité de blocage rapide de l'articulation, avec bouton prévu à cet effet, de -10° à +90° avec un pas de 10°
- Sangles réglables en longueur
- Attaches-sangles fournies
- Doublures thermosoudées en MTP bi-assemblé, avec Lycra agréablement doux pour la peau
- Bandoulière réglable en longueur, avec protège-épaule rembourré
- Support de main neutre inclus

APPLICATION PREMIÈRE APPLICATION

- Ouvrir toutes les sangles et les refermer provisoirement sur elles-mêmes.
- Poser l'orthèse sur le membre en centrant l'articulation sur celle du coude (fig.A)
- Régler la longueur de la tige télescopique du bras:
 - Appuyer sur le bouton et faire coulisser la valve extérieure jusqu'à la longueur souhaitée (fig.B1)
 - Relâcher le bouton en le faisant entrer dans le logement correspondant de la partie métallique (fig.B2)
 - Il est également possible de déplacer (deux positions) la valve intérieure en la débloquent à l'aide de la pointe d'un tournevis (fig.B3)
- Régler la longueur de la tige télescopique de l'avant-bras:
 - Appuyer sur le bouton et faire coulisser la valve extérieure jusqu'à la longueur souhaitée (fig.C1)
 - Relâcher le bouton en le faisant entrer dans le logement correspondant de la partie métallique (fig.C2)
 - Il est également possible de déplacer (deux positions) la valve intérieure en la débloquent à l'aide de la pointe d'un tournevis (fig.C3)
- Modèle à mano le prise de bras en aluminium en fonction de la circonférence du membre concerné (fig.D).
- Fixer l'orthèse au bras (fig.E) en faisant passer les sangles dans les anneaux prévus à cet effet et en les refermant grâce au Velcro® (d'abord la distale, puis la proximale). Si nécessaire, raccourcir les sangles en coupant la partie en excédent et en réappliquant l'extrémité Velcro® en Y.
- Fixer l'orthèse à l'avant-bras (fig.F) en faisant passer les sangles dans les anneaux prévus à cet effet et en les refermant grâce au Velcro® (d'abord la proximale, puis la distale). Si nécessaire, raccourcir les sangles en coupant la partie en excédent et en réappliquant l'extrémité Velcro® en Y.
- Il est possible, si nécessaire, d'appliquer les attaches-sangles fournies pour améliorer l'auto-positionnement des sangles : les enfiler sur les prises de bras en aluminium (fig.G1) et les fixer aux doublures à l'aide du Velcro® (fig.G2).
- S'assurer que l'articulation de l'orthèse est toujours centrée sur celle du coude
- Régler la flexion (fig.H1):
 - Tirer le curseur de la flexion vers l'extérieur
 - Le tourner jusqu'à ce que l'encoche centrale gravée sur le curseur coïncide avec le degré de flexion souhaité
 - Relâcher le curseur, de sorte que les dents s'engrènent dans le logement prévu à cet effet
- Régler l'extension (fig.H2):
 - Tirer le curseur de l'extension vers l'extérieur
 - Le tourner jusqu'à ce que l'encoche centrale gravée sur le curseur coïncide avec le degré d'extension souhaité
 - Relâcher le curseur, de sorte que les dents s'engrènent dans le logement prévu à cet effet
- Pour bloquer l'articulation (fig.H3):
 - Tourner la tige jusqu'à ce que le bouton de blocage coïncide avec le degré de flexion-extension souhaité (échelle graduée orange prévue à cet effet)
 - Enclencher le bouton de blocage, de sorte que les dents s'engrènent dans le logement prévu à cet effet.
- Si nécessaire, il est possible d'appliquer la bandoulière avec le protège-épaule fourni:
 - Insérer l'anneau dans la sangle du poignet (fig.I1).
 - Porter la bandoulière sur l'épaule homolatérale (fig.I2), la faire passer derrière le dos, sous l'aisselle controlatérale, et la raccrocher au même anneau grâce à la boucle à cliquet (fig.I3).

APPLICATION DU SUPPORT DE MAIN NEUTRE

- Insérer les douilles fournies dans les fentes du support de main (fig. L1)
- Poser le support de main sur la première valve de l'avant-bras de sorte que les douilles se logent dans les emplacements correspondants (fig.L2)
- Insérer les vis dans les douilles et serrer à fond (fig.L3)

CONSEILS POUR LE PATIENT

- Afin de faciliter le lavage du membre immobilisé sans retirer l'orthèse, il est conseillé de :
- Ouvrir la partie supérieure (sangles et doublure) et laver le bras
 - Refermer la partie supérieure
 - Ouvrir la partie inférieure (sangles et doublure) et laver l'avant-bras
 - Refermer la partie inférieure
 - Serrer les sangles de manière à éviter le déplacement vertical de l'orthèse
- Pour laver le membre immobilisé, il est recommandé d'utiliser une éponge humide.

 LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE

Ortesi per gomito a movimento graduato, telescopica

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il presente dispositivo medico è di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI

Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva. È preferibile indossare l'orthesi su un indumento, evitando il contatto diretto con la pelle. In caso di dubbio sulla modalità di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta interna. È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici. Non applicare a contatto diretto con ferite aperte. Rivolgersi ad un tecnico ortopedico per la sostituzione delle componenti usurate.

AVVERTENZE

È consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformità alle esigenze individuali. Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura. Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico. La responsabilità del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. L'ortesi è fatta per l'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di particolare gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorità competente del proprio Stato. L'efficacia ortopedica del prodotto è garantita solo con l'utilizzo di tutte le sue componenti.

SELETTA/DIMENSIONI

Codice	REF.24017R - REF.24017L
Taglia	universale
Lunghezza aste cm	36-46

Colore: grigio scuro · indicare destro o sinistro

MANUTENZIONE

-  Non candeggiare
-  Non stirare
-  Istruzioni per il lavaggio: **Aste:** lavare con una spugna imbevuta in acqua tiepida e sapone neutro; asciugare con un panno. **Imbottiture:** staccare le imbottiture e lavarle in acqua tiepida con sapone neutro; lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

INDICAZIONI

- Fratture composte di gomito, omero distale, radio e ulna prossimali
- Immobilizzazione post-operatoria in seguito a riparazioni di tendini e legamenti
- Utile nella fase riabilitativa in seguito a trattamento chirurgico e conservativo di fratture di gomito
- Sub-lussazioni e lussazioni del gomito
- Lesioni croniche del gomito
- Iperestensione del gomito
- Treatment post-trauma

CONTRAINDICAZIONI

Al momento nessuna conosciuta

CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Asta articolata laterale in lega leggera d'alluminio