VACOped® by OPED

Kulman säätö



Poista avain pidikkeestä ja aseta se ROM-sovittimeen. (Kuva 1) Käännä avainta oikealle/vaakasuoraan avataksesi sovittimen. (Kuva 2) Nosta sovitinta ja siirrä se haluttuun asentoon.
(Kuva 3) Käännä avainta vasemmalle/ pystysuoraan kiinnittääksesi ROM-sovittimen paikalleen. (Kuva 4)
Toista prosessi toisen ROM-sovittimen kanssa, kunnes haluttu kulmasäätö tai liikealue on saavutettu.

Kiinnitä equinus-asentoon/ Avoin liikealue



Huomautus:
Asetus on mahdollista 5°:n välein välillä -15° – +30°. Kulman säätöasteikko: ”1” vastaa 10°.

Pohjan vaihto/ Pohjan pituuden säätö



Paina molempia lukituksen avauspainikkeita samanaikaisesti ja poista pohja.
(Kuv. 5+6)



Huomautus:
Akillesjänteen vammojen hoito equinus-asennossa: Kun kulma-asetus on välillä +15° ja +30°, käytä kiilapohjaa. (Kuva 7)



Paina lukituksen avauspainiketta. (Kuva 8)
Vedä varvasosaa haluttuun pituuteen. Aseta pohja takaisin paikalleen.

Käyttöohjeet

Ennen ortoosin asettamista pue sukka jalkaan. Avaa sukka yläosasta laajalle ja sujauta se jalkaan.



Avaa sisävuori. Löysää ja tasoita nilkka- ja pohja-aluetta, jotta täyte jakautuu tasaisesti. (Kuva 10)

Aseta jalka kokonaan vuoreen ja sulje tarranauhat. Tarrana uhat pitävät kiinni pohjallisen koko ulkopinnasta. (Kuva 11)

Aseta jalka sisävuorella varustettuna kuoreen ja aseta se aivan takaosaan. Vedä sisävuorta ylöspäin. (Kuv. 12+13)

Aseta etukansi paikalleen
Varmista oikea sijoitus:
Hihnan numero 3 kohdalla: kuoren sisäpuolella.
Hihnan numero 4 kohdalla: kuoren ulkopuolella.
Kiristä hihnat käsin ja kivun mukaan järjestyksessä 1– 2–3–4. Sisäosan täytte vaatii hetken aikaa, jotta se mukautuu optimaalisesti anatomiaan. Kiristä hihnat tarvittaessa. (Kuv. 14)

Säären ympärysmitan säätäminen



Työnnä solki ulos alakuoresta haluttuun asentoon.

A. Suuri säären ympärysmitta
B. Pieni säären ympärysmitta

Toista sama toisella puolella.

KOKOTAULUKKO

Koko	Pieni	Keskikokoinen	Suuri
EUR	**35 – 40**	**40 – 45**	**45 – 50**
UK	**2 1/2 – 6 1/2**	**6 ½ – 10 ½**	**10 ½ – 14**
Yhdysvallat (M)	**3 ½ – 7 ½**	**7 ½ – 11 ½**	**11 ½ – 15**
US (W)	**4 ½ – 8 ½**	**8 ½ – 12 ½**	**12 ½ – 16**

Suositus: Kun koko on Small/Medium- tai Medium/Large-versioiden välissä, valitse mahdollisuuksien mukaan pienempi VACOped-koko.

OPED GmbH • Medizinpark 1 • 83626 Valley/Oberlaindern • Saksa • Puh. +49 8024 60818-21 • mail@oped.de • **www.oped-international.com**
OPED AG • Hinterbergstrasse 26 • 6312 Steinhausen • Sveitsi • Puh. +41 41 748 53 35 • contact@oped.ch • **www.oped.ch**
OPED UK Ltd • Unit 5 • Avro Business Centre • Avro Way • Bowerhill • Melksham • SN12 6TP • Yhdistynyt kuningaskunta • Puh. +44 1380 722177 • enquiries@oped.biz • **www.oped-uk.com**
OPED Australia • 26–32 Clayton Road • Clayton, VIC 3168 • Australia • Puhelin +61 (0)1300 672 937 • info@oped.com.au • **www.oped.com.au**
OPED Medical, Inc. • 444 Tom White Road • Braselton, GA 30517 • Yhdysvallat • Puhelin +1 (770) 945 – 0150 • info@opedmedical.com • **www.opedmedical.com**

OPED
Pitää sinut liikkeellä.

artraction | 02/2025